



INDICAÇÃO

Considerando que este Vereador solicita que a Municipalidade realize reparo do compressor da sala odontológica da Unidade de Saúde da Família “Orlando Sengling”, localizada no Jardim Itália;

Considerando que o compressor é equipamento essencial para o pleno funcionamento dos serviços odontológicos prestados à população;

Considerando que a sua falta ou mau funcionamento acarreta a suspensão dos atendimentos odontológicos, prejudicando diretamente os munícipes que dependem do SUS;

Considerando que a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de saúde é fundamental para garantir a segurança, qualidade e continuidade dos serviços públicos;

Considerando que a Unidade de Saúde da Família “Orlando Sengling” atende um número expressivo de pacientes do bairro Jardim Itália e adjacências, especialmente no que se refere ao atendimento odontológico;

Considerando que o pronto reparo do compressor representa uma ação de baixo custo em comparação ao impacto social positivo gerado com a retomada dos atendimentos odontológicos.

Nessas condições, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, verifique a possibilidade de ordenar ao setor competente que realize reparo do compressor da sala odontológica da U.S.F “Orlando Sengling”, localizada no Jardim Itália.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2025.

Carlos Luiz de Deus- "Carlinhos de Deus"

Vereador

rv2



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Município de Interesse Turístico

DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA

Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=877AUS460AKS6EKD>, ou vá até o site <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 877A-US46-0AKS-6EKD

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação N° 731/2025 - PROTOCOLO: 7178/2025 - 13/11/2025 - 16:04 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: 877A-US46-0AKS-6EKD